INSTRUKCJA OBSŁUGI
CHODZIK MODEL 265, 266

Przed przystąpieniem do użytkowania wyrobu użytkownik jest zobowiązany do zaznajomienia się z pełną treścią instrukcji. Niniejsza instrukcja przekazana jest w celu poinformowania o prawidłowym użytkowaniu wyrobu.
Prosimy pamiętać, że stosowanie się do wskazówek zawartych w tej instrukcji przedłuży trwałość, estetykę oraz pozwoli na bezpieczne korzystanie z wyrobu.
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i ulepszeń każdego z opisanych w tej instrukcji produktów, bez uprzedniego powiadomienia.

1. Przeznaczenie i opis wyrobu.

Podpórki rehabilitacyjne **265**, **266** (dalej zwane chodzikiem) umożliwiają pionizację i samodzielne poruszanie się osobom z lekką dysfunkcją kończyn dolnych lub z ich osłabieniem. Mogą być także użytkowane np. przez osoby starsze lub w trakcie leczenia czy rekonwalescencji itp.

Stabilna kratowa konstrukcja tych modeli dodaje użytkownikowi poczucie pewności a wyposażenie chodzika w tapicerowane siedzisko umożliwia odpoczynek w trakcie przemieszczania się.

Chodzik przeznaczony jest do samodzielnego przemieszczania się osób niepełnosprawnych w pomieszczeniach zamkniętych oraz w pewnym zakresie w otwartym terenie pod warunkiem, że nawierzchnia jest gładka i utwardzona.





1. rama chodzika
2. siedzisko tapicerowane, nakładane
3. podpórka barkowa regulowana, chromowana, z tapicerowaną poduszką
4. łącznik ram z pałąkiem do pchania (model 265: skręcany; model 266: nakładany)
5. śruby blokujące (model 265: x (4+2) szt.; model 266: x 2 szt.)
6. kółka jezdne Ø100mm (tylne z hamulcem)
7. zespół krzyżakowy (tylko w modelu 266)

Konstrukcja chodzika przewiduje dodatkowe rozwiązania:
267 – przedłużki pod kółka pozwalające na dodatkowa regulację wysokości
268 – specjalna konstrukcja podparć bocznych do nakładania stolika (B12)
269 – tapicerowane podparcie przedramienia z rączkami do pchania (B66)
265 / 266 junior – skrócona rama chodzika (dla dzieci).

Wszelkich dodatkowych informacji nt. naszych wyrobów, wyposażenia dodatkowego itd. uzyskacie Państwo od naszych przedstawicieli lub przeczytacie na WWW.vermeiren.pl .

2. Dane techniczne

PARAMET / MODEL	**265**	**266**
Funkcja składania	nie	tak
Szerokość całkowita	56 cm	56 cm
Szerokość siedziska	50 cm	50 cm
Wysokość położenia siedziska	56 cm	56 cm
Minimalne położenie podpórek barkowych	112 cm	112 cm
Maksymalne położenie podpórek barkowych	157 cm	157 cm
Maksymalny / minimalny rozstaw podpórek	75 / 29 cm	75 / 29 cm
Długość chodzika (pozycja użytkowa)	76 cm	76 cm
Gabaryty w stanie złożonym (wys.x szer.x gł.)	----------	(112 x 15 x 76) cm
Masa całkowita chodzika	12,5 kg	13,7 kg
Wytrzymałość (max. obciążenie)	120 kg	

Dopuszczalne różnice +/- 1 cm

3. Opis działania

3.1 Chodzik 265

Model „265” gotowy jest do użytkowania po prostym montażu:

- nałożyć końcówkę łącznika górnego i dolnego (jak na obrazku) na króćce ramy bocznej i mocno dokręcić śruby blokujące
- poluzować nakrętki motylkowe przy podparciach barku, ustalić optymalna wysokość i rozstaw a następnie zablokować to położenie śrubami blokującymi
- odblokowane hamulce na kółkach tylnich pozwalają na przemieszczanie się
- w zależności od potrzeby zamontować siedzisko.

3.2 Chodzik 266

Model „266” o konstrukcji składanej:

- przed użytkowaniem należy rozsunąć obie ramy boczne połączone zespołem nożycowym
- nasadzić pałąk na końcówki rurowe tak aby zatrzask zahaczył o występ
- poluzować nakrętki motylkowe przy podparciach barku, ustalić optymalna wysokość i rozstaw a następnie zablokować to położenie śrubami blokującymi
- odblokowane hamulce na kółkach tylnich pozwalają na przemieszczanie się
- w zależności od potrzeby zamontować siedzisko.

Ewentualny demontaż przeprowadzić w kolejności odwrotnej.
Jeżeli płyta siedziska przeszkadza podczas chodzenia to należy ją zawiesić na ramie.
Technika poruszania się jest indywidualna dla każdego użytkownika.

4. Zasady bezpieczeństwa

Pamiętać należy aby:

- **Zwrócić uwagę na odpowiednie dokręcenie wszystkich śrub mocujących**
- **Nie używać chodzika jako środka transportu do przewożenia osób**
- **Zachować szczególną ostrożność podczas pokonywania przeszkód**
- **Wsiadanie i powstawanie z chodzika musi odbywać się ze szczególną ostrożnością a najlepiej przy udziale osób pomocniczych - opiekunów**

- **Czynność składania (model 266) wykonywać ostrożnie z uwagi na niebezpieczeństwo uszkodzenia dłoni lub palców przez zespół nożycowy**
- **Nie przekraczać dopuszczalnych obciążeń (patrz: Dane techniczne)**
- **Podczas napraw stosować tylko oryginalne części zamienne**

UWAGA:

- **Za szkody powstałe przez niezgodne postępowanie nie ponosimy odpowiedzialności.**

5. Przeglądy

Przed każdorazowym użytkowaniem

- sprawdzić czy wszystkie śruby blokujące nie są poluzowane a w razie konieczności dokręcić je.

Co 6 miesięcy

- wyczyścić cały chodzik
- dokonać dokładnych oględzin kółek jezdnych, skontrolować ich zamocowanie i toczenie
- sprawdzić stan przegubów zespołu krzyżakowego (model 266)
- prawidłowość gwintów na śrubach blokujących
- stan tapicerki siedziska i podpórek barkowych

UWAGA:

- **Wszelkich napraw oraz montażu można dokonywać jedynie na bazie oryginalnych części pochodzących od naszych dystrybutorów.**
- **W przypadku stosowania elementów nieoryginalnych producent nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności.**

6. Czyszczenie i pielęgnacja

Tapicerka

- zaleca się mycie miękką ściereczką lub gąbką nawilżoną ciepłą wodą, przy mocnym zabrudzeniu czyścić ręcznie z zastosowaniem łagodnych środków piorących,
- nie wolno czyścić tapicerki bardzo mocnymi środkami np. rozpuszczalnikiem czy środkami żrącymi ; niewskazane jest też używanie twardych szczotek,
- za szkody powstałe po zastosowaniu nieodpowiednich środków czyszczących nie ponosimy odpowiedzialności,
- nie należy dopuścić do przemoczenia tapicerki w trakcie czyszczenia,

Elementy z tworzywa sztucznego

Detale takie czyścić należy ręcznie za pomocą ogólnie dostępnych środków po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka.

Powłoki zewnętrzne

Zastosowana warstwa lakieru ma duże znaczenie estetyczne i chroni detale przed korozją. Powłoki lakiernicze nie stawiają szczególnych wymogów przy czyszczeniu (zwykłe wytarcie wilgotną czy suchą szmatką jest wystarczające). W razie uszkodzeń mechanicznych może nastąpić zerwanie powłoki lakierowanej. Wskazane jest wówczas uzupełnienie ubytku. Miejsca lakierowane narażone na tarcie dobrze jest posmarować cienką warstwą wazeliny technicznej.

Detale chromowane najlepiej czyścić suchą szmatką, a w przypadku przetarcia takiej powłoki zregenerować ją odpowiednim środkiem chromo-podobnym.

Dezynfekcja

Dezynfekcji dokonywać można ogólnodostępnymi środkami przeznaczonymi do tego celu po uprzednim zapoznaniu się z uwagami producenta takiego środka. Pamiętać należy, że mogą one przenikać do wnętrza obić tapicerskich.

UWAGA:

- **w trakcie zabiegu używać należy rękawic ochronnych i postępować zgodnie z zaleceniami producenta takiego środka,**
- **wszelkie konsekwencje niewłaściwego stosowania środków dezynfekujących nie obciążają producenta wyrobu dezynfekowanego.**

7. Warunki gwarancji

Vermeiren Polska bierze na siebie odpowiedzialność za ewentualne defekty materiału czy błędy technologiczne wynikłe w produkcji przez określony czas licząc od daty sprzedaży.

Okres gwarancji dla każdego z wyrobów określony jest w Karcie Gwarancyjnej.

Warunki gwarancji będą dochowane o ile nasze produkty używane będą zgodnie z opisanymi zasadami oraz zgodnie ze swoim przeznaczeniem.

Gwarancji nie podlegają:
- koszty transportu, obsługi i inne roszczenia,
- uszkodzenia wynikłe ze zmian konstrukcyjnych wprowadzanych przez użytkownika,
- elementy ulegające naturalnemu zużyciu i ścieraniu,
- szkody spowodowane wyrobem przez jego użytkownika,
- szkody powstałe przez inne zewnętrzne czynniki,
- uszkodzenia wynikłe przez niestosowanie oryginalnych części zamiennych.

Wszelkie sprawy związane z gwarancją na nasz wyrób, prosimy kierować do punktów sprzedaży u naszych dystrybutorów.

8. Producent

VERMEIREN Polska Sp. z o.o.
Ul. Łączna 1
55-100 Trzebnica
Tel. 071/387-42-00
Faks 071/387-05-74
e-mail: info@vermeiren.pl
www.vermeiren.pl